

Bruk av Avance® Solo

Viktige ting å tenke på når sårene dine behandles med Avance Solo undertrykksbehandling.





Innhold

Introduksjon av undertrykksbehandling av sår Bli kjent med undertrykksbehandling og Avance® Solo	04–05
Husk å tenke på dette når du bruker Avance® Solo Lær mer om hva du skal gjøre og hva du skal unngå når sårene dine behandles med Avance® Solo systemet	06–07
Hvordan ivareta Avance® Solo Informasjon om rengjøring og vedlikehold av systemet, og hva de ulike visuelle og hørbare alarmene betyr	08–11


Noter: Du skal umiddelbart kontakte helsepersonell hvis du opplever problemer. Dette inkluderer blødning, forhøyet blodtrykk eller problemer med Avance® Solo systemet. Har du spørsmål kontakt:

Avdeling: _____

Telefonnummer: _____

Du mottar behandling med Avance® Solo fra Mölnlycke®. Denne brosjyren vil gi informasjon om hvordan du skal bruke og vedlikeholde pumpe-systemet. Vennligst les nøye igjennom.

Hva er de ulike delene i Avance® Solo systemet?




Hva er understrykksbehandling av sår?

Understrykksbehandling av sår er en avansert sårbehandlingsmetode. Bandasjen er luft-tett og pumpen skaper subatmosfærisk trykk (undertrykk) som fører til at sårvæsken fjernes fra såret.

Hva er fordelene med understrykksbehandling?

- Støtter healing av komplekse og vanskelig helende sår¹
- Forbedrer forholdene i sårsengen og støtter sårheling¹
- Hjelper til med å redusere hevelse og beskytter såret mot ytre forurensning²



Viktig å tenke på når du bruker Avance® Solo

Avance® Solo er medisinsk utstyr og det er viktig at du behandler det riktig. Informasjonen nedenfor er utsnitt fra pasientguiden som følger med pumpen. For ytterligere informasjon les pasientguiden.

Viktige punkter ved bruk av Avance Solo:

- Bandasjen skal byttes av helsepersonell.
- Bandasjen, pumpen, kanisteret eller slangen skal ikke utsettes for direkte vannstråler, kulde eller varme (driftstemperatur 5–40 °C).
- Bandasjen, pumpen, kanisteret eller slangen skal ikke legges i vann.
- Slå av pumpen og ta ut batteriene om du skal ut og fly.
- Avance Solo systemet må ikke demonteres eller endres.
- Påse at Avance Solo systemet er utilgjengelig for barn og dyr.

Viktige funksjoner:

- Sørg for at du er oppmerksom på visuelle og hørbare alarmer som pumpen vil gi fra seg ved lavt batterinivå og ved eventuell lekkasje eller blokkering. Se side 11 for en liste over signaler og alarmer.
- Den regelmessige pulseringen fra pumpen er en bekreftelse på at systemet er i drift og kontinuerlig fjerner overflødig væske for å opprettholde undertrykket.
- Sjekk at bandasjen er sammentrukket og fast når du tar på den. Ta kontakt med helsepersonell dersom bandasjen ikke oppleves som fast og sammentrukket.


Sørg for at pumpen bæres eller plasseres slik at du unngår:

- Kvelning (f.eks at slangen havner rundt kroppsdelar).
- Blokkering eller krøll på slangen.
- Når du bruker bæreklips, må du sørge for at den er plassert på en av sidene ved midjen. Hvis du for komfort eller bekvemmelighet, plasserer den foran på magen, må du fjerne den før du setter deg ned. Dette for å unngå at pumpen skyves ut av bæreklipsen.


Hvordan håndtere din daglige hygienerutine

Du kan ta en lett dusj mens du får behandling med Avance® Solo, men det er viktig at du ikke utsetter bandasjen, kanisteret, eller slangene for vann med høyt trykk. Ikke putt pumpen under rennende vann. Følg retningslinjene under for hvordan du håndterer utstyret ved daglige hygienerutiner, slik at du hindrer forurensning.


Følg disse punktene for håndtering ved lett dusj:




Sett pumpen i pausemodus ved å trykke på den grønne startknappen, og slipp den opp etter to (2) sekunder.




Steng av kanisterslangen og bandasjeslangen ved å plassere klemmene tett inntil hver sin side av den grønne koblingen. Skyv så klemmene over i lukket posisjon. Dette klemmer av slangene slik at de blir tette.



Åpne den grønne koblingen ved å klemme sidene sammen. Legg delen med kanisterslangen og pumpen i sikker avstand fra dusjen.



Sørg for at slangen som er festet til bandasjen ikke blir senket ned i vann når du dusjer.



Etter dusjen kobles slangene sammen igjen ved å sette sammen de grønne koblingene. Når de er koblet sammen åpner du kanisterklemmen og bandasjeklemmen.



Start pumpen på nytt ved å holde den grønne startknappen inne, og slipp den opp etter to (2) sekunder, slik at pumpen aktiveres og startknappen blinker.


Hvordan følge opp behandlingen med Avance® Solo

Bytte kanister

Du kan se at kanisteret er fullt og bør byttes, gjennom det transparente vinduet på baksiden av kanisteret, eller når pumpens blokkeringsalarm utløses. Dersom du skal skifte kanisteret, følg punktene under. Tren deg på å bytte kanister sammen med helsepersonell før du starter behandlingen med Avance® Solo.




Sett pumpen på pause ved å trykke på den grønne startknappen, og slipp den opp etter to (2) sekunder. Pumpen vil pipe to ganger for å signalisere at den er i pausemodus.



Steng av kanisterslangen og bandasjeslangen ved å plassere klemmene på hver side av den grønne koblingen. Skyv så klemmene over i lukket posisjon for å hindre lekkasje når kanisterslangen kobles fra.



Løsne slangen på baksiden av pumpen. Trykk hardt på fjærknappene som befinner seg på begge sider, mens du forsiktig trekker for å løsne kanisteret. Sett på nytt kanister (klikk). Når kanisteret er satt riktig på, sitter den helt inntil pumpen, noe som er nødvendig for at den skal være fullstendig tett.



Sett sammen den grønne koblingen og åpne klemmene. Start pumpen på nytt ved å holde den grønne startknappen inne, slipp den opp etter to (2) sekunder. Sjekk at undertrykket er aktivt, bandasjen skal trekke seg sammen og virke fast ved berøring.

Bytte batterier

Du må bytte to (2) batterier ved alarmering for lavt batteri, eller etter 7 dager. Bruk kun AA 1,5V GP15LF lithium batterier. Det følger med to ekstra batterier i pumpeforpakningen.

For å bytte batterier gjøres følgende:

- Dersom pumpen fremdeles er aktiv, sett pumpen i pausemodus ved å trykke på den grønne startknappen, og slipp den opp etter to (2) sekunder.
- Åpne batterirommet ved å skyve på lokket.
- Fjern batteriene.
- Sett inn nye batterier og påse at den positive polen (merket +) og den negative polen (merket -) passer til +/- merket i batterirommet.
- Lukk batterirommet.
- Start pumpen på nytt ved å holde den grønne startknappen inne, slipp den opp etter to (2) sekunder. Sjekk at undertrykket er aktivt, bandasjen skal trekke seg sammen og virke fast ved berøring.



Rengjøring av pumpen

Rengjøring av pumpen kan gjøres med en klut fuktet med vaskemiddel uten slipestoffer. Ikke putt pumpen under rennende vann.




Hva betyr de ulike signalene fra Avance® Solo?

Pumpen har ulike signaler som forteller deg at den fungerer som den skal, eller om det er behov for å korrigere noe. Det er viktig at du hører og forstår de ulike signalene som pumpen gir.


Alarmer og feilsøking

Lydvarsling og visuelt display




LEKKASJE-indikatoren blinker hvert sekund.

Pumpen varsler gjentatte ganger med et pip, og blir så satt i pausemodus.




BLOKKERINGS-indikatoren blinker hvert sekund.

Pumpen varsler gjentatte ganger med et pip, og blir så satt i pausemodus.



LAVT BATTERI-indikatoren blinker en gang hvert femte (5.) sekund.

Når det gjenstår mindre enn fire timer strøm, blinker indikatoren for LAVT BATTERI hvert sekund, og pumpen alarmerer gjentatte ganger med et pip.



Alle indikatorlysene blinker samtidig hvert sekund, og pumpen varsler gjentatte ganger med et pip.

Mulig årsak	Hvordan avdekke feilen
Det er oppdaget en luftlekkasje	<p>Korriger en lekkasje:</p> <p>Trykk rundt bandasjekantene og eventuelt stripsene for å forbedre kontakten med huden. Sjekk at kanisteret er festet til pumpen, at slagen er festet til kanisteret og at bandasjeslangen er festet til kanisterslangen. Trykk på den grønne knappen i to (2) sekunder for å starte pumpen på nytt. Dersom lekkasjen ikke er utbedret, varsler pumpen på nytt om lekkasje, og behandlingen blir satt i pausemodus. Dersom dette skjer, ta kontakt med helsepersonell.</p>
Kanisteret er fullt, eller slangen er blokkert	<p>Korriger en blokkering:</p> <p>Kontroller at slangen ikke ligger i klem, er bøyd og at slangeklemmene ikke står i lukket posisjon. Dersom kanisteret er fullt, bytt dette i henhold til instruksjonene på side 8, eller under avsnitt 7.3 i bruksanvisningen (ligger vedlagt i forbrukerpakningen). Trykk på den grønne knappen i to (2) sekunder for å starte pumpen på nytt. Dersom blokkering ikke er utbedret, vil pumpen igjen varsle om blokkering og behandlingen blir satt i pausemodus. Dersom dette skjer, ta kontakt med helsepersonell.</p>
Lavt batteri	<p>Bytte batteriene:</p> <p>Bytt batteriene i henhold til instruksjonene på side 9, eller i bruksanvisningen avsnitt 7.4 (ligger vedlagt i forbrukerpakningen). Bruk kun lithiumbatterier av den typen og modellen som er spesifisert for dette produktet av Mölnlycke Health Care. Trykk på den grønne knappen i to (2) sekunder for å starte pumpen på nytt.</p>
Alarm for INTERN FEIL, og pumpen kan ikke startes	Kontakt helsepersonell eller Mölnlycke Health Care.

Beviser det hver dag

I Mölnlycke® leverer vi innovative løsninger til sårbehandling, forbedrer sikkerheten ved kirurgi, og forebygger trykksår, som forbedrer pasientutfall og er klinisk og helseøkonomisk dokumentert.

Referanser: 1. Apelqvist, J., Willy, C., Fagerdahl, A.M. et al. Negative Pressure Wound Therapy – overview, challenges and perspectives. J Wound Care 2017; 26: 3, Suppl 3, S1–S113. 2. Willy C, Agarwal A, Andersen CA, Santis GD, Gabriel A, Grauhan O, Guerra OM, Lipsky BA, Malas MB, Mathiesen LL, Singh DP, Reddy VS. Closed incision negative pressure therapy: international multidisciplinary consensus recommendations. Int Wound J 2016; doi: 10.1111/iwj.12612.

Les mer på www.molnlycke.no

Mölnlycke Health Care AS, Postboks 6229, Etterstad, 0603 Oslo. Telefon: 22 70 63 70.
The Mölnlycke, Avance and Safetactrademarks, names and logotypes are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care Group of Companies. © 2020. Mölnlycke Health Care AB. All rights reserved. NOWC2042012

